И1-15 - генератор испытательных импульсов для поверки осциллографов с полосой пропускания до 350МГц:

Кроме основного блока прибора, в комплект входит делитель:

и специальная нагрузка, располагающаяся непосредственно у входного разъема поверяемого осциллографа:

Характеристики:

Длительность фронта, нс, не более	0,25
Выброс вершины, %, не более	5
Неравномерность вершины, %, не более	±3
Длительность импульса, минимальная, мс	0,1
Длительность импульса, максимальная, мс	10
Период повторения импульсов минимальный, мкс	10
Период повторения импульсов максимальный, мс	100
Амплитуда импульсов максимальная, В	10
Полярность импульсов	положительная, отрицательная
Максимальное ослабление аттенюатора, дБ	1; 2; 4; 4; 10; 20; 41
Общее ослабление максимальное, дБ	43

С помощью И1-15 производится определение времени нарастания переходной характеристики осциллографа.