

И1-15 - генератор испытательных импульсов для поверки осциллографов с полосой пропускания до 350МГц:



Кроме основного блока прибора, в комплект входит делитель:



и специальная нагрузка, располагающаяся непосредственно у входного разъема поверяемого осциллографа:



### Характеристики:

Длительность фронта,  $\mu$ s, не более 0,25  
Выброс вершины, %, не более 5  
Неравномерность вершины, %, не более 3  
Длительность импульса минимальная, мс 0,1  
Длительность импульса максимальная, мс 10  
Период повторения импульсов минимальный, мкс 10  
Период повторения импульсов максимальный, мс 100  
Амплитуда импульсов максимальная, В 10  
Полярность импульсов положительная, отрицательная  
Максимальное ослабление затенителя, дБ 40  
Общее ослабление максимальное, дБ 40

С помощью И1-15 производится [определение времени нарастания переходной характеристики осциллографа](#)